

单一来源专家论证意见表

专家姓名	王秀梅	职称	副主任医师
工作单位			
采购人名称	烟台市烟台山医院		
采购项目名称	烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务		
拟单一来源供应商名称	济南众森医疗设备有限公司		
专家论证意见	采购项目的市场分析： 重器零配件均为厂家独家生产，市场上第三方不能保证完全达到技术标准，替代配件又不能保证其完全达到设备的安全性和技术标准，为确保质量，满足临床需求，建议使用单一来源采购。		
	提出单一来源供应的理由： 为确保内窥镜的及时性，操作规范性，检查的准确性和设备安全性，技术标准，配件的兼容性，维修的时效性，所以提出单一来源供应。		
	专家签字： 王秀梅 2023年6月5日		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	王立峰	职称	主任医师
工作单位			
采购人名称	烟台市烟台山医院		
采购项目名称	烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务		
拟单一来源供应商名称	济南众森医疗设备有限公司		
专家论证意见	采购项目的市场分析： 市场上第三方维修厂家刘德修记设备充零件质量，替代零件又不作任何保证，完全达不到设备的要求性和持久性，因为原厂产品质量，性能满足医院临床要求，建议采用原厂维修。		
	提出单一来源供应的理由： 为确保由内窥镜的及时维修、操作及训练，设备的稳定性和设备质量，持久耐用，配件的质量，仅有原厂所满足，其他。		
	专家签字： 王立峰 2023 年 6 月 5 日		

单一来源专家论证意见表

专家姓名	王红霞	职称	高工
工作单位			
采购人名称	烟台市烟台山医院		
采购项目名称	烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务		
拟单一来源供应商名称	济南众森医疗设备有限公司		
专家论证意见	采购项目的市场分析： 市场上第三方维修厂家无法保证镜身及电钩配件的质量，替代的配件不能完全保证内窥镜的使用寿命、操作灵活性、设备的安全性及技术标准，不能完全与奥林巴斯内窥镜兼容使用，且不能满足用户维修的及时性。		
	提出单一来源供应的理由： 内窥镜是医疗的重要设备，对镜身的清晰度、操作灵活性、安全性、技术标准都有很高要求，内窥镜电钩及电钩线是厂家独家生产，市场上其他品牌均不能完全与其兼容使用，济南众森医疗设备有限公司是奥林巴斯内窥镜烟威地区唯一厂家授权的售后服务公司。故建议单一来源采购。		
	专家签字： 王红霞 2023 年 6 月 5 日		

单一来源论证报告

(烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务)

二〇二三年六月

论证记录

(烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务)

- 一、论证时间：2023 年 6 月 5 日
- 二、论证地点：烟台市莱山区观海路 128 号黄海国际 A 座 14 楼
- 三、与会人员：

(1) 论证专家：

序号	姓名	单位名称	职务、职称	联系方式
1	王秀梅		高工	
2	姜晓燕		高工	
3	王立华		高工	

(2) 采购人代表：烟台市烟台山医院 于明涛

四、项目情况介绍：

- 1、项目名称：烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务采购
- 2、维保设备品牌、型号及数量：

(1) 烟台市烟台山医院内窥镜产品维保服务清单

序号	产品名称	型号规格	机身编码	数量	单位
1	电子胃镜	GIF-H260	2948170	1	台
2	电子胃镜	GIF-H260	2948171	1	台
3	电子胃镜	GIF-Q260	2958184	1	台
4	电子胃镜	GIF-Q260	2958187	1	台
5	电子结肠镜	CF-Q260AI	2914413	1	台
6	电子胃镜	GIF-Q260J	2202523	1	台
7	电子胃镜	GIF-Q260	2151219	1	台
8	电子结肠镜	CF-Q260AI	2115923	1	台
9	电子结肠镜	CF-Q260AI	2115922	1	台

10	电子胃镜	GIF-H290	2624912	1	台
11	电子胃镜	GIF-H290	2624803	1	台
12	电子胃镜	GIF-H290	2624802	1	台
13	电子胃镜	GIF-H290	2624913	1	台
14	电子胃镜	GIF-HQ290	2624621	1	台
15	电子胃镜	GIF-HQ290	2624606	1	台
16	电子胃镜	GIF-HQ290	2614544	1	台
17	电子结肠镜	CF-H290I	2611390	1	台
18	电子结肠镜	CF-H290I	2611414	1	台
19	电子结肠镜	CF-H290I	2611411	1	台
20	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612724	1	台
21	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612728	1	台
22	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612729	1	台
23	电子胃镜	GIF-Q260J	2614918	1	台
24	电子胃镜	GIF-H260Z	2935733	1	台
25	电子结肠镜	CF-H260AI	2927577	1	台
26	电子胃镜	GIF-H290	2054622	1	台
27	电子胃镜	GIF-H290Z	2036338	1	台
28	电子结肠镜	CF-H290I	2046125	1	台
29	电子结肠镜	CF-H290I	2046117	1	台
30	电子结肠镜	PCF-Q260JI	2021858	1	台
31	十二指肠镜	TJF-260V	2025231	1	台
32	支气管内窥镜	BF-260	2902084	1	台

33	支气管内窥镜	BF-Q290	2600676	1	台
34	支气管内窥镜	BF TYPE P260F	2541704	1	台
35	电子胸腔镜	LTF TYPE 240	2200502	1	台
36	支气管内窥镜	BF TYPE P260F	2541732	1	台
37	支气管内窥镜	BF TYPE XP260F	2541257	1	台
38	支气管内窥镜	BF TYPE XP260F	2541251	1	台
39	电子胃镜	GIF-XP290N	2624977	1	台
40	支气管内窥镜	BF-P290	2011719	1	台
41	支气管内窥镜	BF-1TQ290	2022002	1	台

(2) 烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜主机和光源产品维保清单

序号	产品名称	规格型号	机身编码	数量	单位
1	主机	CV-290	7041172	1	台
	光源	CLV-290SL	7037442	1	台
	显示器	OEV262H	7091632	1	台
2	主机	CV-290	7935578	1	台
	光源	CLV-290SL	7026034	1	台
	显示器	OEV262H	7091648	1	台
3	主机	CV-290	7933945	1	台
	光源	CLV-290SL	7924609	1	台
	显示器	OEV262H	7984790	1	台
4	主机	CV-290	7600898	1	台
	光源	CLV-290SL	7515964	1	台

	显示器	OEV262H	7642666	1	台
5	主机	CV-290	7600893	1	台
	光源	CLV-290SL	7600893	1	台
	显示器	OEV262H	7642684	1	台
6	主机	CV-290	7590533	1	台
	光源	CLV-290SL	7616128	1	台
	显示器	OEV262H	7642479	1	台
7	主机	CV-290	7598872	1	台
	光源	CLV-290SL	7515004	1	台
	显示器	OEV262H	7520803	1	台
8	主机	CV-260(B)	7842019	1	台
	光源	CLV-260	7831389	1	台
9	主机	CV-260(B)	7942227	1	台
	光源	CLV-260	7931696	1	台
10	主机	CV-260SL	7149084	1	台
	光源	CLV-260SL	7136586	1	台

3、维保年限：1 年

4、服务地点：烟台山医院

5、维保范围： 奥林巴斯内窥镜 1 年的维保服务，含设备维修、精密配件更换、设备定期保养以及培训服务等。

6、维保服务技术要求

6.1 维修服务类别：内窥镜全保服务

6.2 维保服务期限：1 年

6.3 维保服务范围：含奥林巴斯内窥镜的设备维修、精密配件更换、设备定期保养以及培训服务等。

6.4 维保要求：

(1) 供应商提供维保清单内所有内窥镜整机的维护、保养及保修服务，含人工及服务范围内的所有配件更换。

(2) 每年为采购人提供 2 次/台维护保养服务。

(3) 能及时获取原厂系统改版信息或功能性完善信息，并提供原厂系统改版和功能完善服务。

(4) 设备维护要求达到厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

(5) 供应商在国内设有保证设备使用的完善的备品备件库。

(6) 供应商提供的所有设备零配件必须为全新的原厂配件，要求来源合法（提供进口配件的海关报关证明材料），且合法纳税。

(7) 维修配件若达不到临床要求，必须全新更换。

(8) 拟投入的维保服务人员中有 2 名以上具有厂家授权培训并颁发资质证书的工程师。

(9) 响应时间：接到采购人维修服务要求 4 小时内响应，工程师在 24 小时内到场确定维修方案，不能当场维修的须提供备用设备。

(10) 开机率： $\geq 95\%$ （按全年 365 天计算）。

(11) 因供应商维修保养不当，造成机器故障、损坏，不能满足采购人开机率要求，一切后果由供应商自行承担，包括但不限于罚款、赔偿等。

(12) 服务期内对采购人进行至少 2 次设备使用方面的培训，供应商报价时须针对该项目提供培训计划与方案。

五、拟单一来源供应商：济南众森医疗设备有限公司

六、专家意见：

1、内窥镜作为医院重要的检查诊断设备，承担着大量的患者检查任务，在医院疾病临床诊断和治疗等方面发挥着重要的作用，故而对内窥镜的清晰度、操作灵活性、检查的准确性和设备安全性、技术标准、配件的兼容性、维修的时效性等都有极高的要求。

2、奥林巴斯重要零配件均为厂家独家生产，一旦出现问题，需要更换原厂原件，由原厂进行校准检测和保养才能保障质量，其他品牌或生产厂家的配件和软件不能与奥林巴斯产品兼容使用。

3、济南众森医疗设备有限公司做为奥林巴斯在中国山东烟威地区授权合法代理商，该供应商具有不可替代性和唯一性。


综上原因，由济南众森医疗设备有限公司承担维保服务，符合《中华人民共和国政府采购

法》第三十一条规定“（一）只能从唯一供应商处采购的”情形，符合国家相关政策法规要求，建议本项目使用单一来源采购。

专家签字：



采购人代表：



2023年6月5日