

政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务

采购单位：烟台市烟台山医院

编制单位：烟台市烟台山医院

编制时间：2023 年 9 月

一、需求清单

（一）项目概况

本项目为烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务，共分 1 个包。

（二）采购项目预（概）算

采购预算：人民币（大写）壹佰万元整（¥1,000,000.00）。

（三）技术商务要求

一）、技术要求

1、项目概述

本项目为烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜维保服务，共分为 1 个包，包含 41 条奥林巴斯内窥镜（含主机、光源及辅助设备）的设备维修、精密配件更换、设备定期保养以及培训服务。投标人须对所报内容全部响应，报价若有遗漏，均应免费提供，总报价即为交付使用的价格。

2、服务内容及要求

2.1、维保设备清单

（1）烟台市烟台山医院内窥镜产品维保服务清单

序号	设备名称	规格	序列号	使用日期
1	电子胃镜	GIF-H260	2948170	2009/6/26
2	电子胃镜	GIF-H260	2948171	2009/6/26
3	电子胃镜	GIF-Q260	2958184	2009/6/26
4	电子胃镜	GIF-Q260	2958187	2009/6/26
5	电子结肠镜	CF-Q260AI	2914413	2009/6/26
6	电子胃镜	GIF-Q260J	2202523	2012/4/10
7	电子胃镜	GIF-Q260	2151219	2012/4/10
8	电子结肠镜	CF-Q260AI	2115923	2012/4/10
9	电子结肠镜	CF-Q260AI	2115922	2012/4/10
10	电子胃镜	GIF-H290	2624912	2016/5/26
11	电子胃镜	GIF-H290	2624803	2016/5/26
12	电子胃镜	GIF-H290	2624802	2016/5/26
13	电子胃镜	GIF-H290	2624913	2016/5/26
14	电子胃镜	GIF-HQ290	2624621	2016/5/26
15	电子胃镜	GIF-HQ290	2624606	2016/5/26
16	电子胃镜	GIF-HQ290	2614544	2016/5/26
17	电子结肠镜	CF-H290I	2611390	2016/5/26
18	电子结肠镜	CF-H290I	2611414	2016/5/26
19	电子结肠镜	CF-H290I	2611411	2016/5/26
20	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612724	2016/5/26
21	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612728	2016/5/26

22	电子结肠镜	CF-HQ290I	2612729	2016/5/26
23	电子胃镜	GIF-Q260J	2614918	2016/5/26
24	电子胃镜	GIF-H260Z	2935733	2019/8/30
25	电子结肠镜	CF-H260AI	2927577	2019/8/30
26	支气管内窥镜	BF-260	2902084	2009/2/19
27	支气管内窥镜	BF-Q290	2600676	2016/5/26
28	支气管内窥镜	BF-1T260	2613190	2017/2/14
29	电子胸腔镜	LTF TYPE 240	2200502	2012/8/2
30	支气管内窥镜	BF TYPE P260F	2541732	2015/12/15
31	支气管内窥镜	BF TYPE XP260F	2541257	2015/11/5
32	支气管内窥镜	BF TYPE XP260F	2541251	2015/11/5
33	电子胃镜	GIF-XP290N	2624977	2017/6/17
34	电子胃镜	GIF-H290	2054622	2020/10/8
35	电子胃镜	GIF-H290Z	2036338	2020/10/8
36	电子结肠镜	CF-H290I	2046125	2020/10/8
37	电子结肠镜	CF-H290I	2046117	2020/10/8
38	电子结肠镜	PCF-Q260JI	2021858	2020/10/8
39	十二指肠镜	TJF-260V	2025231	2020/10/8
40	支气管内窥镜	BF-P290	2011719	2020/10/8
41	支气管内窥镜	BF-1TQ290	2022002	2020/10/8

(2) 烟台市烟台山医院奥林巴斯内窥镜主机和光源产品维保清单

序号	产品名称	规格型号	机身编码
1	主机	CV-290	7041172
	光源	CLV-290SL	7037442
	显示器	OEV262H	7091632
2	主机	CV-290	7935578
	光源	CLV-290SL	7026034
	显示器	OEV262H	7091648
3	主机	CV-290	7933945
	光源	CLV-290SL	7924609
	显示器	OEV262H	7984790
4	主机	CV-290	7600898
	光源	CLV-290SL	7515964
	显示器	OEV262H	7642666
5	主机	CV-290	7600893
	光源	CLV-290SL	7600893
	显示器	OEV262H	7642684
6	主机	CV-290	7590533
	光源	CLV-290SL	7616128
	显示器	OEV262H	7642479
7	主机	CV-290	7598872
	光源	CLV-290SL	7515004
	显示器	OEV262H	7520803

8	主机	CV-260 (B)	7842019
	光源	CLV-260	7831389
9	主机	CV-260 (B)	7942227
	光源	CLV-260	7931696
10	主机	CV-260SL	7149084
	光源	CLV-260SL	7136586

2.2、维保基本要求

(1) 维修服务类别：内窥镜（含主机、光源及辅助设备）全保服务

(2) 维保服务范围：41 条奥林巴斯内窥镜（含主机、光源及辅助设备）的设备维修、精密配件更换、设备定期保养以及培训服务等。

2.3 维保服务要求：

★（1）对维保清单内的所有设备供应商须在一年内至少提供 4 次定期维护保养服务，包括设备的安全检查、性能测试及调校、使用状态检查等，包括但不限于以下方面：外观检查（插入部是否破损；操作部是否锈蚀；电气接插口检查；测漏检查），功能检查（图像正常；送气、送水正常；曲角度检查正常）。

★（2）设备在维护保养或维修完成后的技术参数要求达到原设备技术要求，需提供维修检测报告。

★（3）维修设备更换零配件须为全新配件，不得使用翻新零配件。

（4）维修、保养设备更换零配件一般要求在 24 小时内到货，最晚不得超过 48 小时，鼓励提供原厂维修服务。

（5）至少提供 2 名维保服务工程师，维保服务工程师应具备维修奥林巴斯内窥镜的能力。

★（6）供应商须保证医院临床工作的正常开展，维保期限内如有设备损坏现场无法维修的需在 3 天之内提供备用品，3 天之内无法提供备用品的，每超过 1 天需延长相应设备保修期 10 天，且采购人可自行租赁设备使用，租赁费用由中标单位承担。

★（7）开机率达到 95%，按全年 365 天计算，若实际维保过程中达不到 95%，超过一天合同顺延 3 天。

★（8）因供应商维修保养不当，造成机器故障、损坏，一切后果由供应商自行承担，包含但不限于罚款、赔偿等。

★（9）服务期内对采购人进行至少 2 次设备使用方面的培训，供应商报价时须针对该项目提供培训计划与方案。

2.4 其他要求

投标人投标时需提供详细的技术文件，包括但不限于维保服务方案、质量保证措施、巡检计划及安排、紧急预防及应急处理措施等，并针对该项目提出合理的建议，要求内容详细具体，具有针对性，满足项目需求。

二) 商务要求

★1、付款方式：合同签订且具备实施条件后五个工作日内支付合同价款 10%的预付款，维保服务满三个月支付至合同金额的 60%，维保服务期满支付至合同金额的 100%。

★2、维保服务期限：自合同签订之日起一年，服务期满由采购人视合同履行情况选择续签合同或重新组织采购。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、服务响应时间：周一至周日（24 小时*365 天）。设备发生故障时，供应商须在 1 小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，维修工程师须在 24 小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

注：

(1) 标注“★”的条款为实质性条款，不允许负偏离，否则按无效投标处理。

(2) 以上要求仅供参考，本项目投标人提供的服务必须相当于或优于以上招标文件要求，同时填写技术规范偏离表。

(3) 维保清单不得变更。

(4) 本次采购产品均不属于节能环保产品。